



W imieniu Parku Naukowo - Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w związku z postępowaniem na:

**„Dostawę laboratorium stacjonarnego (wewnętrznego)  
do testowania kolektorów i systemów słonecznych  
na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00;

poniżej udzielamy odpowiedzi na zapytania z dnia 01 lipca 2011 r. z przytoczeniem ich brzmienia:

- 1) Państwa zamówienie nosi tytuł „Dostawa laboratorium stacjonarnego (wewnętrznego) do testowania kolektorów i systemów słonecznych na potrzeby Centrum Testowania Systemów Solarnych”. Jednakże wszystkie wymagania techniczne w zakresie sprzętu testującego odnoszą się do tylko do kolektorów słonecznych. Czy to oznacza, że dostawa laboratorium testującego systemy słoneczne będzie objęta oddzielnym przedmiotem zamówienia?

**Zamawiający wyjaśnia, że laboratorium wewnętrzne powinno spełniać warunki do badania kolektorów słonecznych zgodnie z normą EN 12975:2006. W tym laboratorium przewiduje się też dodatkowe badania sprawności małych systemów solarnych, dlatego w nazwie zamówienia znalazło się „i systemów solarnych”. Nie wymaga się jednak od dostawcy spełnienia dodatkowych warunków technicznych poza normą EN 12975.**

- 2) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wspomniana została kwota 193 000 euro. Wykonawca zapytuje czy to maksymalny budżet na wykonanie tego przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający wyjaśnia, że kwota wspomniana w siwz stanowi próg szacowania wartości przedmiotu zamówienia, powyżej którego Zamawiający musi zgodnie ze swoim regulaminem stosować zaostrzoną procedurę udzielania zamówień. Kwota ta nie stanowi ograniczenia dla wynagrodzenia Wykonawcy, które może przekroczyć 193 000 euro.**

Z poważaniem,  
*Justyna Kownacka*  
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej