

Katowice, dnia 23 lipca 2013 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-41/VI/2013/PNT na:

**„Dostawę sprzętu na potrzeby
Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-03;

uprzejmie informuję, że w dniu 19 lipca 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści wzoru umowy:

- 1) Po dokonaniu analizy rynkowej w szczególności warunków dostawy sprzętu wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, wnioskuję o zmianę zapisu w §10 pkt. 12 tak, aby w uzasadnionych przypadkach możliwe było wydłużenie terminu naprawy i dostawy sprzętu zamiennego zgodnie z aktualnymi warunkami dostawy wskazanymi przez producenta i/lub serwisanta sprzętu (obowiązującymi w momencie wystąpienia zdarzenia).

Zamawiający wyjaśnia, że przychyliła się do powyższego wniosku.

Zamawiający dokonuje zmiany §10 ust. 12 wzoru umowy w brzmieniu:

W przypadku gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym zastępcze urządzenie o zbliżonych parametrach technicznych;

nadając §10 ust. 12 wzoru umowy następujące brzmienie:

W przypadku gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż 10 dni roboczych Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy w następnym dniu roboczym zastępcze urządzenie o zbliżonych parametrach technicznych. Termin dostawy sprzętu zastępczego może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. terminu dostawy danego urządzenia przez producenta, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.

- 2) W odniesieniu do §3 pkt.3 zwracam się o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty za każdorazowo dostarczoną partię sprzętu lub usług związanych z przedmiotem zamówienia. Wnioskuję, żeby w §3 pojawił się zapis o możliwości wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty dostarczenia partii towaru lub wykonania usługi, z zachowaniem zapisów z §3 - punkty 4 i 5. Nowe zapisy wymagałyby zmiany treści §3 ust. 3, w szczególności dotyczącego wystawiania faktury przez Wykonawcę, która w obecnym brzmieniu tego paragrafu możliwa jest dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w zakresie sposobu płatności wynagrodzenia.



Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści siwz:

1. Bazując na dokonanej analizie dostępności elementów wchodzących w składopisu przedmiotu zamówienia, wnioskuję o doprecyzowanie parametrów elementów wykonawczych z podpunktów 43, 44, 45, 46, 47, 48 o opis dotyczący: DN zaworu, współczynnika przepływu oraz informację, czy jest to zawór mieszający, czy przelotowy. Dodatkowo wnoszę o doprecyzowanie nazwy producenta zaworu, do którego ma być dobrany zestaw adaptera.

Zamawiający wyjaśnia, że siłowniki mają być dostarczone bez zestawów adaptera, natomiast należy dobrać taki rodzaj siłowników, żeby na rynku dostępne były zestawy adaptera do zaworów większości producentów. Pozostałe informacje nie są istotne etapie dostawy siłowników.

2. Bazując na dokonanej analizie dostępności elementów wchodzących w składopisu przedmiotu zamówienia, wnioskuję o doprecyzowanie parametrów osprzętu montażowego z podpunktów 256, 257, 258 o opis, który precyzyjnie wskaże, który z wymiarów jest szerokością, głębokością oraz wysokością.

Zamawiający wyjaśnia, że wymiary są podawane: SZEROKOSC/WYSOKOSC/ GLEBOKOSC.

3. Bazując na dokonanej analizie dostępności elementów wchodzących w składopisu przedmiotu zamówienia, wnioskuję o doprecyzowanie parametrów osprzętu montażowego z podpunktów 273 o opis, który umożliwi precyzyjne zidentyfikowanie zamawianego produktu.

Zamawiający wyjaśnia, że artykuł, o którym mowa w pkt. 273, to element do montażu na szynie DIN, do którego można przymocować kable wykorzystując opaski zaciskowe, co zabezpiecza przed wyrwaniem kabla i rozłączeniem obwodu.

4. Bazując na dokonanej analizie dostępności elementów wchodzących w składopisu przedmiotu zamówienia, wnioskuję o doprecyzowanie parametrów osprzętu montażowego z podpunktów 309 o opis, który umożliwi precyzyjne zidentyfikowanie zamawianego produktu.

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o gniazda na szynę DIN (do szafki montażowej) do bezpieczników szklanych o wymiarach: 5x20mm, pozwalające na zamontowanie w obwodzie bezpiecznika szklanego 5x20mm.

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej