

Katowice, dnia 12 marca 2013 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-5/II/2013/PNT na:

**„Dostawa aparatury badawczo-pomiarowej
na potrzeby Laboratorium Właściwości Ciepłych Budynków”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-03;

uprzejmie informuję, że w dniu 8 marca 2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

Pytanie dotyczy zał.nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 2.Zestaw do badania szczelności budynku. Parametry oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Podano, że zestaw ma obsłużyć budynek o kubaturze 20000qm-co oznacza że potrzeba 2 zestawów Mineapoliss Blowerdoor MultipleFan, każdy składający się z 3 wentylatorów, a w Państwa SIWZ jest tylko 1 taki zestaw ponadto ilość wymaganej aparatury w podpunktach B, C, D wyraźnie wskazuje na komplet dla 2 zestawów Blowerdoor, dlaczego więc wskazana jest 1 szt.?

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach postępowania zamawia 1 szt. zestawu typu Mineapoliss Blowerdoor MultipleFan składającego się z 3 wentylatorów i skoryguje w tym zakresie załącznik nr 1 do siwz.

Zamawiający więc nadaje pkt. 2 załącznika nr 1 do siwz (opis przedmiotu zamówienia) następujące brzmienie:

- a) zestaw urządzeń do wykonywania prób pomiaru szczelności powietrznej budynków metoda ciśnieniową typu Minneapolis BlowerDoor w budynkach energooszczędnych i pasywnych z niezbędnym oprzyrządowaniem.
- b) Zestaw do badania budynków o kubaturze do 10000qm w standardzie typowym, energooszczędnym, pasywnym z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Parametry oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe:

- a) 1 szt. zestawu typu Minneapolis BlowerDoor MultipleFan składający się każdy z 3 szt. wentylatorów typu BlowerDoor;
- b) 2 szt. mierników ciśnienia DG-700;
- c) 1 szt. komputera przenośnego typu notebook;
- d) 1 szt. wytwornica dymu typu HandFogger

Z poważaniem,
Justyna Kownacka
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej