

Katowice, dnia 07 czerwca 2013 r.

W imieniu Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do postępowania o numerze Z-31/V/2013/PNT na:

**„Dostawa i montaż 6 komór klimatycznych  
dla Laboratorium Procesów w Budownictwie Energooszczędnym”**

w związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro-Centrum - rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”; realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji; Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków Budżetu Państwa; w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-03;

uprzejmie informuję, że w dniu 05 czerwca 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które poniżej udzielono odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuści komory, gdzie komora do badań korozyjnych, nie będzie zintegrowana do systemu zarządzania.  
**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**
2. Czy zamawiający może sprecyzować wymagania dotyczące lampy UV?  
**Lampy UV będą wykorzystane przy badaniach wpływu promieniowania UV na pokrycia materiałów budowlanych, powłoki lakiernicze, powłoki tworzyw sztucznych.**
3. Co zamawiający rozumie poprzez moduł VDA w opisie komory do testów korozyjnych?  
**Zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Komora korozyjna ma umożliwiać przeprowadzenie cyklicznych testów korozyjnych wg normy VDA 621-415 z układem chłodzącym.**
4. Czy zamawiający dopuści wolnostojący zbiornik na solankę umieszczony na kółkach?  
**Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.**

Z poważaniem,  
*Justyna Kownacka*  
Przedwodnicząca Komisji Przetargowej